

## TRACOE *twist* und *twist plus* gefenstertere P-Kanülen-Sets

Zusätzliche geschlossene Innenkanüle



REF 302-P



REF 312-P



REF 888-306-P



REF 888-316-P

Unsere Kunden haben uns darauf aufmerksam gemacht, dass zwar oft eine gefenstertere Kanüle als Primärkanüle nach einer PDT verwendet wird, der Patient aber zu Anfang meist gar nicht in der Lage ist zu sprechen und ausschließlich die geschlossene Innenkanüle verwendet wird. Aus hygienischen und Sicherheitsgründen, aber auch um das Pflegepersonal bei seiner Arbeit zu unterstützen, werden wir zukünftig zusätzlich eine zweite, geschlossene Innenkanüle (weißer Konnektor / weißer Ring) den gefensterteren P-Sets beilegen.

Dies betrifft folgende REF-Nummern: REF 302-P, REF 888-306-P, REF 312-P und REF 888-316-P und damit auch die korrespondierenden TRACOE expersc Sets REF 321, REF 888-322, REF 331 und REF 888-332.

Bitte beachten Sie die oben stehenden Bilder und berücksichtigen Sie, dass bei den *twist plus* P-Kanülen-Sets eine geschlossene Innenkanüle bereits in der Außenkanüle liegt.

Die dritte Innenkanüle wird in den nächsten Wochen in den Produktionsprozess eingebunden.



Für weitere Informationen: [www.tracoe.com](http://www.tracoe.com)

